



JKP „ДРУГИ ОКТОБАР”

Република Србија
26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26

www.oktobar.co.rs

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62;

Матични број: 08010072; ПИБ: 100911224

e-mail: info@oktobar.rs

Број: 01-01-10/2019-9

Датум: 29.03.2019. година

ВРШАЦ

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ, ПОСУЂА, РЕАГЕНСА И ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПОТРЕБЕ JKП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-01-10/2019.

ПРЕДМЕТ:

Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке добара Набавка лабораторијске опреме, посуђа, реагенса и хемикалија за потребе JKП „Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-01-10/2019.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке добара Набавка лабораторијске опреме, посуђа, реагенса и хемикалија за потребе JKП „Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-01-10/2019. обратило се дана 29.03.2019. Наручиоцу са захтевом број 01-01-10/2019-8 путем електронске поште, за појашњењем у вези са припремањем понуде.

Питање заинтересованог лица:

U vezi sa JNMV br. 01 -01-10 /201 /201/2019 – Nabavka dobara – Laboratorijske opreme, posuđa, reagensa i hemikalija, partija 7, konkusnom dokumentacijom je traženo:

„За понуђена добра (laboratorijska oprema) potrebno je obezbediti ovlašćenog servisera u Srbiji. Uz ponudu treba dostaviti kopiju Sertifikata servisera (minimalno 1 servisera) izdata od strane proizvođača, iz kojih se može videti da je serviser obučen za poslove instalacije, servisa, obuke i validacije autoklava“

Molimo Vas za pojašnjenje s obzirom da predmet nabavke nije autoklav.

Одговор Наручиоца:

Наручилац врши измену Конкурсне документације за предметну јавну набавку и то у делу под насловом ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ (Техничка спецификација).

Наручилац врши измену услед Техничке грешке на начин који омогућава потенцијалним понуђачима да сачине прихватљиву понуду за Партију 7.

Измене су на странама: 12/69, 37/69 и 62/69.

ПАРТИЈА 7: ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

Редни број	Назив	Опис техничких карактеристика	Јединица мере	Оквирне количине
1	Систем за мембранску вакуум филтрацију, модел са 3 радна места, комплет, Sartorius - Немачка или одговарајући	<p>Систем за мембран филтрацију са три радна места, 3 левка од нерђајућег челика BS 304S31/ANSI 304. Левци су од нерђајућег челика, компатбилно са мембранским филтерима пречника 50mm или 47mm, капацитет левка 500ml, у комплекту са поклопцем, 3 места (кат. бр. 16828)</p> <p>Систем се састоји од следећих делова:</p> <ul style="list-style-type: none"> - левцима од 500ml и поклопцима - кат. бр. 16828 - вакуум крево - 2 м кат.бр. 16623 - стаклена вакуум бочу од 5000 ml 16672- 1 - 1 ком; - Уз вакуум бочу се у комплекту испоручује потрошни материјал неопходан за функционисање (мала и велика цевица, гумени чеп, filter stopper) - Vacusart, stopper за спречавање уласка течности у вакуум пумпу, - каталошки број 17804 - Боча по Wuollf-у 16610 	комад	1
2	Убодни термометар, еталониран	<p>Мерни опсег: -40 °C до +250 °C Тачност: 1.5% Резолуција: 0.1 °C Батерија: 1x1.5V Сонда: нерђајући челик</p> <p>Испорука:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мерни уређај, - батерије, - поклопац сонде, - упутство за коришћење на српском језику, - сертификат о еталонирању. <p>Саобразност: 2 године. Trotec модел BT20 или одговарајући.</p>	комад	1

- Гарантни рок: мин. 24 (*двадесетчетири*) месеца од датума испоруке.
- Рок испоруке: макс. 30 (*тридесет*) дана од пријема писменог захтева Наручиоца.
- Начин испоруке: Једнократно, од пријема захтева Наручиоца.
- Уз понуду доставити:

-Каталог произвођача (извод каталога), **проспекта** (или другог одговарајућег документа) понуђеног добра са означеним техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим/захтеваним Техничком спецификацијом (назив, каталошки број, произвођач).

-Уколико се из каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представништва произвођача/овлашћеног дистрибутера произвођача, у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике (уколико је понуђач није истовремено и произвођач/овлашћено представништво произвођача/овлашћени дистрибутер произвођача добра које нуди), у супротном, уколико је понуђач истовремено и произвођач/овлашћено представништво произвођача/овлашћени дистрибутер произвођача добра које нуди, **Изјаву** о испуњености тражених карактеристика добра доставља на сопственом обрасцу, потписаном и печатираним од стране овлашћеног лица.

-За понуђена добра (лабораторијска опрема) потребно је **обезбедити овлашћеног сервисера** у Србији. Уз понуду доставити копију Сертификата сервисера (минимално 1 (*једног*) сервисера) издата од стране произвођача, из којих се може видети да је сервисер обучен за послове инсталације, сервиса **предметног добра**.

- Добра испоручити према каталошком броју произвођача.
- Приликом испоруке потребно је доставити упутство за коришћење на српском језику.
- Место испоруке: Фсо магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26, оцарињено и инсталирано.

У вези са наведеном изменом, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у свим деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити Пречишћени текст Конкурсне документације, у ком тексту ће видно обележити измене.

Будући да се измена Конкурсне документације врши 8 (*осам*) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Ценећи да измена конкурсне документације **није** суштинска већ техничке природе, нови рок за подношење понуда је до **08.04.2019. до 10:00 часова**, без обзира на начин слања. Отварање понуда ће се одржати 08.04.2019. у 10:30 часова.

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 29.03.2019. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ