



## JKP „ДРУГИ ОКТОБАР”

Република Србија  
26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26

[www.oktobar.co.rs](http://www.oktobar.co.rs)

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9  
Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62;  
Матични број: 08010072; ПИБ: 100911224  
e-mail: [info@oktobar.rs](mailto:info@oktobar.rs)

Број: 01-01-16/2020-13

Датум: 06.04.2020. година

ВРШАЦ

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ, ПОСУЂА,  
РЕАГЕНСА И ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ  
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-01-16/2020.**

**ПРЕДМЕТ:**

Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке добара лабораторијске опреме, посуђа, реагенса и хемикалија за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-01-16/2020.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересована лица у поступку јавне набавке добара лабораторијске опреме, посуђа, реагенса и хемикалија за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-01-16/2020. обратила су се дана 03.04.2020. и 06.04.2020. године Наручиоцу са захтевима број 01-01-16/2020-10, 01-01-16/2020-11 и 01-01-16/2020-12 путем електронске поште, за појашњењем у вези са припремањем понуде.

**Питања заинтересованих лица:**

**I Захтев 01-01-16/2020-10 од 03.04.2020**

Prema tenderskoj specifikaciji objavljenoj u partiji 5, Postupak javne nabavka male vrednosti, shodno čl.39 ZJN (Službei glasnik RS, br 124/12, 14/15 I 68/15) I podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavka dobara laboratorijske opreme, posuda, reagenasa I hemikalija, JN br 01 01 16/2020, navodi se:

1. Дистрибуциони волумен: 0,1 мл до 9999,9 Л

Питање: Да ли је дозвољено да дозирање буде од 50μl до 99l?

2. Време паузе: 1 до 99 секунди

Питања: Да ли је дозвољено да време паузе буде 0,1 до 99,9 секунди?

3. Подешавање брзине: Подесиво од 1 до 130% (10 до 550о /мин)

Питање: Да ли је дозвољено да брзина буде подесива на 3ml/min до 2,25l/min, а Rotations Per Minute (RPM) : 10 до 550 RPM?

4. Конекције: Бидирикциони (ЛИМС), Polywel 3D(дистрибуциони аутомат XYZ), аутокалибрациона скала

Питање: Да ли је за експорт података довољно Excel™, Open Office Calc™, LIMS?

5. Комуникација: USB, WiFi, RS

Питање: Да ли је довољна комуникација преко USB и RS 232?

6. Димензије: 21x20x24

Питање: Да ли је дозвољено одступање од датих димензија тако да понудене буду 16x32x21?

7. Маса: 3,8 кг

Питање: Да ли је дозвољено да апарат буде тежине 5,4кг?

8. Екстерне димензије: 1,6 мм

Питање: Да ли се овде мисли на дебљину зида црева?

### Одговори Наручиоца:

#### За питања 1, 6 и 7:

Ради исправног припремања понуде Наручилац врши измену једног дела КД у поглављима **II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ и V ОБРАСЦИ**

Измена на страни 10/52

Измена у опису техничких карактеристика

-измена дистрибуционог волумена,

-брисање димензије

-измена масе

2.	Разливач подлога DOSYWEL или одговарајући	Дистрибуциони волумен: <b>0,05</b> мл до 9999,9 Л Време паузе: 1 до 99 секунди Подешавање брзине: Подесиво од 1 до 130% (10 до 550 о/мин) Конекције: Бидирикциони (ЛИМС), Polywel 3D (дистрибуциони аутомат XYZ), аутокалибрациона скала Комуникација: USB, WiFi, RS <del>Димензије: 21x20x24</del> Маса: <b>мин</b> 3,8 кг Димензије црева интерне: 1.6/3.2/4.8/6.4 mm Екстерне димензије: 1,6 мм Калибрација: Мануелна или аутоматска Напајање: 100 – 240 V 50 – 60 Hz	Ком	1
----	---	--	-----	---

#### За питање 2:

Да, дозвољено је. Обухвата опсег захтеван техничком спецификацијом.

#### За питање 3:

Да, дозвољено је. Обухвата опсег захтеван техничком спецификацијом.

#### За питање 4:

Да, довољно је.

#### За питање 5:

Да, довољно је.

#### За питање 8:

Да, мисли се на дебљину зида црева.

### II Захтев 01-01-16/2020-11 од 03.04.2020

Obzirom da se u ovoj partiji nalazi oprema različitih proizvođača, koji imaju različite zastupnike na teritoriji SRB, molim Vas za razdvajanje stavki kako biste omogućili konkurentnost nabavke I da više ponuđača učestvuje na istoj.

Molim Vas da prve dve stavke budu u odvojenim partijama, kako bi se omogućili različitim ponuđačima da učestvuju na ovoj JN, a takođe I razdvajanje ostalih traženih stavki od pomenutih

### **Одговор Наручиоца:**

Наручилац прихвата предлог Заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације како би омогућио исправно припремање понуда, и то на следећи начин:

Партија 5 се дели на следећи начин:

Партија 5 – Аутоклав  
Партија 6 - Разливач подлога  
Партија 7 – Лабораторијска опрема

### **III Захтев 01-01-16/2020-12 од 06.04.2020**

Molim Vas pojašnjenje za partiju 5 stavka 4:

Жичана полица за инкубатор  
са хлађењем Мемерт модел  
FOC1201

Molim Vas za tačan naziv modela za koji se traži polica

### **Одговор Наручиоца:**

Тачан назив модела је тај који је наведен: „FOC 1201“.  
Произвођач је „VELP“.

Ради исправног припремања понуде Наручилац врши измену једног дела КД у поглављима **II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ и V ОБРАСЦИ**

Измена на страни 10/52

4.	Жичана полица за инкубатор са хлађењем <b>VELP</b> модел FOC1201		Ком	1
----	--	--	-----	---

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у свим деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити Пречишћени текст Конкурсне документације, у ком тексту ће видно обележити измене.

Будући да се измена Конкурсне документације врши 8 (*осам*) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је до **15.10.2020. до 10:00 часова**, без обзира на начин слања. Јавно отварање понуда ће се одржати **15.10.2020. у 10:30 часова**.

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 07.04.2020. године.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**