



JKP „ДРУГИ ОКТОБАР”

Република Србија
26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26
www.oktobar.co.rs

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9
Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62
Матични број: 08010072, ПИБ: 100911224
е-mail: info@oktobar.rs

Број: 01-01-16/2020-16
Датум: 09.04.2020. година
ВРШАЦ

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ, ПОСУЂА, РЕАГЕНСА И ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-01-16/2020

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке добара лабораторијске опреме, посуђа, реагенса и хемикалија за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-01-16/2020.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке добара Набавка лабораторијске опреме, посуђа, реагенса и хемикалија за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-01-16/2020 обратило се дана 09.04.2020. године Наручиоцу захтевом број 01-01-16/2020-15 путем електронске поште, за појашњењем у вези са припремањем понуде.

Питање заинтересованог лица:

I Захтев 01-01-16/2020-15 од 09.04.2020.

U tenderskoj dokumentaciji JN 01-01-16/2020, partija 5 Autoklav stoji:

Лабораторијски вертикални аутоклав 3850 ELV D'Line, mm;	- Запремина коморе 65 l; - Димензије коморе R x h (mm) min: 380 x 500
TUTTNAUER или одговарајући	- Димензије: 720 x 540 x 765 mm;

Na osnovu zvanične specifikacije proizvođača Tuttnauer za taj model stoji :

Vertical D-Line Models - Technical Data

D-Line	Chamber Dimensions	Chamber Volume (Liter)	External Dimensions WxHxD (mm)
3850 ELV	380 x 500	65	730x1000x540

Stranica iz kataloga u attc.

Одговори Наручиоца:

Ради исправног припремања понуде Наручилац врши измену једног дела КД у поглављима **II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,**

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ и V ОБРАСЦИ

захтевани критеријум се брише из ТС (Димензије: 720 x 540 x 765 mm).

Измена на странама 10/57 и 31/57

Редни број	Назив	Опис техничких карактеристика	Јединица мере	Количина
1	Лабараторијски вертикални аутоклав 3850 ELV D'Line, TUTTNAUER или одговарајући	Намењен стерилизацији подлога, стакла, течности, пластичних и металних артикала и отпадног материјала. <ul style="list-style-type: none">– Запремина коморе 65 l;– Димензије коморе R x h (mm) min: 380 x 500 mm;– Димензије: 720 x 540 x 765 mm;– Дигитални приказ параметара - температуре и времена;– Максимална температура до 137°C;– Унутрашњи део коморе и спољашњост од нерђајућег челика;– CE знак;– In/Out тест– Усаглашен са стандардима и директивама за судове под притиском и безбедносним захтевима за електричну опрему у лабораторији и опрему за стерилизацију: 97/23/ЕС, CE 61010-1, EN 61010-2-040;– Уз аутоклав је неопходно испоручити две одговарајуће неперфориране корпе.	ком	1

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у свим деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити Пречишћени текст Конкурсне документације, у ком тексту ће видно обележити измене.

Будући да се измена Конкурсне документације врши 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је **до 16.04.2020. до 08:00 часова**, без обзира на начин слања. Јавно отварање понуда ће се одржати **16.04.2020. у 08:30 часова**.

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 09.04.2020. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ